GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG)

Objetos: "REPARACIÓN DE EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA - HPLC MARCA SHIMADZU, NÚMERO DE INVENTARIO 37596"

1. Obligaciones del oferente.
La oferta deberá incluir todo el equipamiento y mano de obra necesaria para la realización de los trabajos solicitados en esta contratación.
1.2 En caso de requerirse, la empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación final del equipo.
1.3 En el caso de que sea necesario, la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación y reinstalación del equipo.
1.4 **Proveedores exclusivos:**
1.4.1 El oferente que posea el carácter de Fabricante del equipo, o bien cuente con la Exclusividad y/o Representación Técnica Oficial para la realización de los servicios técnicos o provisión de los repuestos originales a los fabricantes de los equipos objetos del presente contrato, deberá presentar la correspondiente documentación que lo acredite en la propuesta.

2. Obligaciones del adjudicatario.
Cumplir con lo solicitado PETP.

3. Plazo de entrega
Serán los especificados en el PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares) del correspondiente pliego.

4. Garantía técnica de los trabajos realizados
La garantía deberá ser de 6 (SEIS) meses como mínimo para todos los repuestos (en caso de haber sido incluidos) y mano de obra, contados a partir de la fecha de ejecución de los trabajos y puesta en marcha del equipo, y de su correspondiente aceptación por el Jefe del Servicio.

5. Pliego de Sustentabilidad: No aplica

Dr. CLAUDIO ARANDA
JEFE DI... LAB.
M.N. ...

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)

Pedido: 38219
Renglón 1

Catálogo: 33.13.002.0001.1 SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE EQUIPO DE LABORATORIO.

Equipo: EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA - HPLC

Cantidad: 1

Marca: SHIMADZU

NÚMERO DE INVENTARIO: 37596

Especificaciones técnicas:
Trabajos a realizar:

- Cambio de Electrodo TIS para cámara de ionización Turbo V, marca AB SCIEX. N/P 025392
- Cambio de Caño peek 0.005" de diámetro interno (x centímetro) marca Sciex N/P 016316

Plazo de entrega:
1. Dentro de los 15 (Quince) días hábiles desde el perfeccionamiento de la orden de compra.
2. Deberá coordinarse con Laboratorio la fecha de inicio de tareas.

Servicio solicitante: Laboratorio.

Dr. CLAUDIO ARANDA
JEFE DIVISION LABORATORIO
M.N. 38436 F.N. 30...

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"

Lic. Marcela Rojo
Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económico Financiera
Hospital General de Agudos
"Carlos G. Durand"
S----------/----------D

REF: Pedido 38219 "REPARACIÓN DE EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA - HPLC MARCA SHIMADZU, NÚMERO DE INVENTARIO 37596"

Por medio de la presente, se adjunta la especificación técnica y presupuesto del pedido 38219: "REPARACIÓN DE EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA – HPLC"

LAUDIO ARAND
DIVISION LABOR
L.N. 3943

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2023-06618192-GCABA-DGAHGACD

Buenos Aires, Miércoles 8 de Febrero de 2023

Referencia: Causulas Particulares- Reparación De Equipo P/Cromatografía Liquida - C. Dir –F. JENCK S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Pablo Nicolas Buero
Date: 2023.02.08 13:47:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Nicolas Buero
Director Adjunto
Direccion de Gestion Administrativa HGACD
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.02.08 13:47:03 -03'00'