



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”**  
**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)**

Las características solicitadas para los equipos son las detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Cualquier divergencia, complemento o suplemento entre el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las especificaciones técnicas emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios, responden a características superadoras solicitadas por el efector.

Todas las siglas y rangos expresados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) son orientativos, figurativos y estimativos. Serán tenidas en cuenta otras nomenclaturas y siglas que demuestren un modo de funcionamiento similar al requerido.

Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo, que no hayan sido nombrados en estas especificaciones técnicas y que hagan al correcto y mejor funcionamiento del equipo para el fin propuesto.

**Los oferentes deberán cumplir con el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG).**

---

**Ítem Nº:** 1.  
**Equipo:** 33.09.003.0007.2 - FRONTOLUZ  
**Cantidad:** 1 (uno)

### **GENERALIDADES**

1. Frontoluz con tecnología LED, portátil con baterías recargables. Debe proporcionar una luz brillante con uniformidad lumínica, blanca y sin sombras que permita observar sin distorsiones las características de los tejidos. Banda de cabeza ajustable, acolchado con material impermeable.

### **Especificaciones**

2. Fuente de luz: LED de aproximadamente 1 watio.
3. Temperatura de color de 5500 a 6000 grados Kelvin, 20 lúmenes, vida útil estimada de 10.000 horas.

4. Distancia de trabajo entre 30 a 40 cm.
5. Tamaño del punto luminoso regulable entre 3,5 a 10 cm a la distancia de trabajo.
6. Peso menor a 190 g.
7. Funcionamiento continuado de las baterías aproximadamente 90 minutos con una batería totalmente cargada.
8. Vida útil de las baterías: 2 años.
9. Garantía de 1 año.
10. Requisito de potencia de entrada: 220 VAC; 50 HZ. Tipo de conector IRAM.
11. Tiempo mínimo requerido de vida útil: cinco (5) años. Verificable en el Registro de Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro deberá certificarse con documentación de fábrica).

**Lo especificado aquí tiene prioridad por encima de las especificaciones mencionadas en el catálogo.**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.