



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Ministerio De Salud
Hospital General De Agudos Dr. Ignacio Pirovano
UNIDAD HEMOTERAPIA**

REGLÓN	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	500	DETERMINACIÓN PARA HEMOSTASIA		Ver observaciones	Determinación
2	3	PLASMA CONTROL PATOLÓGICO	Para coagulación	Característica/s Normal, para coagulación. Para ser utilizado en tromboelastometria	Equipo x 40 det.
3	3	PLASMA CONTROL NORMAL	Para coagulación	Característica/s Patológico, para coagulación. Para ser utilizado en tromboelastometria	Equipo x 40 det.

OBSERVACIONES

INSUMOS A SER ENTREGADOS PARA REALIZAR LAS DETERMINACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO
3	3 STAR-TEM 10x20 det	100 DETERMINACIONES
6	6 rEX-TEM 10x10 det	50 DETERMINACIONES
3	3 IN-TEM 10x10 det	50 DETERMINACIONES
5	5 FIB-TEM 10x5 det	25 DETERMINACIONES
1	1 HEP-TEM 10x7 det	35 DETERMINACIONES
2	2 AP-TEM 10x5 det	25 DETERMINACIONES
46	46 CUP&PIN 1x20	10 UNIDADES
3	3 TIPTRAY 10x96UNI	480 UNIDADES



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio De Salud Hospital General De Agudos Dr. Ignacio Pirovano UNIDAD HEMOTERAPIA

Clausulas particulares de pedido de Tromboelastometría + AgregaciónPlaquetaria por impedancia de la Unidad Hemoterapia

1-Obligaciones del oferente:

- A) No se aceptaran de especialidades medicinales, medicamentos industriales, productos, formulas farmacéuticas y reactivos de laboratorio si no están registradas y autorizadas su venta para la administración nacional de medicamentos , alimentos y tecnología médica (ANMAT)
Cuando se cotece alguno de estos productos deberá acompañar fotocopia del certificado de aparatología y fabricación expedido por la ANMAT, certificada por el director Técnico y apoderado legal del laboratorio fabricante o del oferente que deberá mantenerse vigente al momento del acto de apertura de oferta.
En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento licitatorio o durante el plazo de ejecución del contrato, este deberá ser actualizado a simple requerimiento del organismo licitante y/o destinatario. Sin perjuicio de ello en caso de corresponder, se podrá presentar el certificado de reinscripción debidamente certificado.
- B) Deberá presentar al momento de ofertas una declaración jurada del Director Técnico avalado por el apoderado legal que todos los productos cotizados se ajustan a lo establecido en la ley 16463 y sus modificatorias (decreto 9763/64 y sus modificatorias).
- C) Para las droguerías, farmacias y distribuidoras deberán presentar al momento del acto de apertura de oferta la habilitación e inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al decreto 1299/PEN/97, firmada por el apoderado legal.
- D) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su oferta de la designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como así, de las novedades que le impongan las autoridades del organismo licitante y/o del organismo receptor y/o por parte de la comisión de fiscalización. En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente en la oferta, se tomara como representantes al/los firmantes de la oferta.
Cualquier modificación en la designación deberá ser notificada en forma fehaciente al organismo licitante, dentro de un plazo de 24 hs de producido el hecho.
- E) El proveedor deberá presentar una nota emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), donde se acredite la propiedad de los bienes por parte de los proveedores.

2-La/s firma/s adjudicataria/s deberá/n proveer conjuntamente con la entrega de los insumos de los renglones del 1 al 3 un Tromboelastometro de 4 canales y un Agregometro por impedancia de 2 canales con su correspondiente equipo.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio De Salud

Hospital General De Agudos Dr. Ignacio Pirovano

UNIDAD HEMOTERAPIA

El equipamiento deberá ser nuevo o ser reacondicionado a nuevo en los últimos 5 años para su uso.

3- El equipo debe contar con las siguientes características que permitan analizar los cambios cinéticos en la elasticidad de un coagulo de sangre entera evaluando cuali y cuantitativamente los diferentes parámetros del coagulo para permitir un diagnostico diferencial con tecnología de rodamiento:

- Realizar la determinación para estudio de la Vía Extrínseca.
- Realizar la determinación para estudio de la Vía Intrínseca.
- Realizar la determinación de Fibrina.
- Realizar la evaluación del sistema de la coagulación sin el efecto de la Heparina.
- Realizar la determinación para el estudio de la Fibrinólisis.
- Realizar la determinación para la detección del bloqueo del receptor de ADP por método de agregación por impedancia.
- Realizar la determinación para detección de antagonistas de la GP IIb/IIIa por método de agregación por impedancia.
- Debe tener 4 canales y un Agregometro por impedancia de 2 canales que permita el diagnostico de la Hemostasia en 15 minutos.

Debe contar con:

- Pipeta automática dirigida por el equipo.
- Pantalla táctil.
- Lector de código de barra.
- Instalación de visualización remota.
- Aplicación web y móvil Hemoder PBM compatible con IOS y Android , para la gestión de derivaciones de muestras bedside de ROTEM Delta/Platelet, y la transmisión de resultados de manera automatizada a través de Hemoder T&A reader con conexión WIFI incluida por medio de tarjeta SIM 4G.

El software del equipo debe contar con monitor de pantalla, teclado e impresora con un diseño que ofrece al operador un entorno de trabajo agradable, lo que implica:

Pantallas sencilla de leer., con rápida actualización de las mismas

- Poseer el manual del instrumento en línea, lo que permite ingresar al mismo desde cualquier pantalla.
- Programa de mantenimiento diario, semanal y mensual con sus registros correspondientes.
- Comunicación Host bidireccional con identificación positiva de muestras.

La empresa/s adjudicataria/s deberá/n:

- Hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo solicitado con repuestos y accesorios incluidos.
- Hacerse cargo del flete, carga, descarga e instalación del equipo como así también del seguro del equipo en préstamo.
- Entregar manuales de Operaciones Técnicas en castellano.
- El convenio de préstamo y mantenimiento estará vigente por el termino de la



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio De Salud Hospital General De Agudos Dr. Ignacio Pirovano UNIDAD HEMOTERAPIA

Licitación o hasta que se agote el stock de reactivos.

Los renglones del 1 al 3 inclusive, deberán poder realizarse con un solo instrumento por razones de costo, practicidad, automatización y calidad técnica.

4- Tiempo de entrega del equipamiento sin cargo: seis (6) meses, debiéndose hacer cargo la empresa del service y mantenimiento preventivo y correctivo del mismo por el tiempo que dure el préstamo- sin cargo- con una urgencia máxima de 24hs. También deberá contar con un seguro amplio contra incendio técnico, robo, hurto y responsabilidad civil. Así mismo, en caso que los aparatos queden fuera de servicio por más de 48hs deberán proveer otros de las mismas características. Además, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo sin ningún costo adicional mientras dure el préstamo de:

- a) Entrenamiento del personal para el uso del mismo. (los insumos que ello requiera así como la puesta a punto del aparato correrán a cargo de la empresa)
- b) Proveer los elementos de desgaste debido al uso del equipo (tubuladuras, lámparas, papel, cartucho de tinta, etc)
- c) Entregarse: material descartable, puntas y cubetas para el total de las determinaciones solicitadas por el término de 6 (seis) meses.

5- Deberán presentar muestras y realizar una demostración en el laboratorio de Hemoterapia de los renglones solicitados.

6- Para asesoramiento se podrá solicitar a los oferentes, listas de usuarios para consultar sobre la calidad de los productos y el servicio técnico que ofrecen así como todo tipo de documentación que sirva para clarificar la adjudicación.

7- Si los insumos no se consumen dentro del plazo establecido los equipos deberán permanecer en poder del hospital automáticamente hasta la terminación total de los mismos, teniendo como único tramite una nota del hospital.

8- El hospital se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas que se presenten con la misma metodología de trabajo indicada en pliego de bases y condiciones, siempre y cuando se conserve las condiciones implementadas en el servicio que permitan mantener el nivel de seguridad de diagnostico.

9 La pre adjudicación de los renglones 1 al 3 recaerá en una única oferta que se adapte a las características solicitadas.

10- El vencimiento de los productos no podrá ser inferior 6 (seis) meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados por el hospital antes de la fecha de su vencimiento se notificara con una anticipación 2 (dos) meses a la Firma



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio De Salud

Hospital General De Agudos Dr. Ignacio Pirovano

UNIDAD HEMOTERAPIA

Adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos por productos con un vencimiento no inferior a los 6 (seis) meses. El hospital se reserva el derecho de considerar ofertas con vencimientos y o plazos para el canje distintos a los solicitados al pliego de bases y condiciones.

11- Forma de entrega: la entrega de reactivos será efectuada por la firma adjudicataria donde la Unidad de Hemoterapia lo indique, parcialmente según las necesidades del servicio, dentro de las 48hs contados a partir de la comunicación fehaciente emitida por el hospital.

12-Plazo de entrega: entrega total 6 meses contados a partir de la recepción de la orden de compra.