



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA**  
**HOSPITAL DE QUEMADOS**

**CLAUSULAS PARTICULARES**

- 1.- ACTUACIÓN EXPEDIENTE NRO.: 11472801/GCABA/HQ/24
- 2.- SOLICITUD DE GASTO NRO: 428-1317-SG24
- 3.- REPARTICIÓN SOLICITANTE: HOSPITAL ARTURO UMBERTO ILLIA -
- 4.- LICITACION PUBLICA NRO.: 428-0433-LPU24
- 5.-AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO: SEGÚN ARTICULO 111 Ley 2095
- 6.- RUBRO: ADQUISICIÓN DE FIBROBRONCSCOPIO.
- 7.- FECHA Y HORA DE APERTURA: 23-04-2024 a las 12:00 horas.
- 8.- LUGAR DE APERTURA: [www.buenosairescompras.gob.ar](http://www.buenosairescompras.gob.ar)
- 9.-PLAZO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas, renovable por otro periodo similar.
- 10.- COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN: admite parcial por renglón y cantidad renglones.
- 11.-MONEDA COTIZACIÓN: PESOS
- 12.-TIPO OFERTA: ÚNICA
- 13.-VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.
- 14.-GARANTÍA IMPUGNACIÓN PLIEGO 3%
- 15.- PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO.
- 16.- PUBLICACIÓN EN INTRANET y BOLETIN OFICIAL  
[http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice.](http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice)
- 17.-DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 DIAS HABILES.
- 18- LUGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIA HOSPITAL DE QUEMADOS  
SECTOR: SERVICIO ANESTESIA. Horario de Lunes a Viernes de 8 a 12 Hs.
- 19.- EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR OFERTAS ALTERNATIVAS
- 20.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Según Art 93, 94 ,95 de Ley 2095 (texto consolidado según ley N° 6.588) y Art. 118 Decreto Reglamentario N° 129/23.
- 21.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO según Art. 107 Ley 2095 (texto consolidado según ley N° 6.588) y Art. 119 Decreto Reglamentario N° 129/23. Entrega Dependencia Hospital de Quemados. SECTOR Tesorería Lunes a Viernes de 8 a 12 horas.

22.- SE ACEPTARÁN OFERTAS SUPERADORAS, SIENDO QUE EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECE LAS CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS.

### 23.- DETALLE DEL ITEM

Nº renglón	Objeto del gasto	Código ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad
1	4-3-3-0	33.01.003.0077.2	FIBRO BRONCOSCOPIO . Modelo: Con campo de visión de 120º, profundidad de campo 2 - 50 mm, longitud de trabajo 5 mm, completo con accesorios		1,00 Unidad de 1 Unidad

#### Renglón 1

<b>Especificaciones técnicas:</b>	<b>Ver Pliego de Bases Técnicas IF -2023-41540957-GCABA-DGCTFS, que se adjunta a la presente contratación.</b>
<b>Acondicionamiento:</b>	<b>Por Unidad, conforme a las especificaciones del fabricante</b>

<b>Cantidad</b>	<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Plazo de Entrega</b>
1,00	AVDA.PEDRO GOYENA 369	4923-3022 Int 4718	Dentro de los: 15 Días hábiles, a partir de: Perfeccionamiento del documento contractual.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**GENERALIDADES**

Las características solicitadas para los equipos son las detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). Cualquier divergencia, complemento o suplemento entre el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las especificaciones técnicas emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios, responden a características superadoras solicitadas por el efector.

Todas las siglas y rangos expresados en el presente PETP son orientativos, figurativos y estimativos. Serán tenidas en cuenta otras nomenclaturas y siglas que demuestren un modo de funcionamiento similar al requerido.

El oferente deberá cumplir con los requisitos generales especificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Equipamiento Menor PLIEG-2023-19498473-GCABA-DGCTFS (Menor).



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia**

**EQUIPAMIENTO A LICITAR**

<b>Renglón</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Cantidad</b>
1	FIBRO BRONCOSCOPIO	1



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

---

**RENLÓN 1: FIBROBRONCOSCOPIO**

**CANTIDAD: 1**

**Características Generales:**

1. El equipamiento deberá ser compatible con torre de laparoscopia Marca Karl Storz perteneciente al Servicio Médico.
2. Longitud de trabajo de al menos 65 cm
3. Diámetro distal externo no menor a 3.7 mm
4. Tamaño del canal de trabajo de 1.5 mm
5. Longitud de trabajo de al menos 93 cm
6. Resolución de al menos 11,000 px
7. Movimiento de flexión hacia debajo de al menos 140°
8. Movimiento de flexión hacia arriba de al menos 140°
9. Ángulo de visión de al menos 120°.

**Vida útil declarada en ANMAT**

10. Tiempo mínimo requerido de vida útil: seis (6) años. Verificable en el Registro de Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro deberá certificarse con documentación de fábrica).

**Mantenimiento**

11. Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento periódico.

**Costo de reposición**

12. Deberá presentarse el costo de reposición del fibroscopio solicitado y los principales repuestos.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Pliego 428-0433-LPU24

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.