



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

**CLAUSULAS PARTICULARES**

Especificaciones técnicas para equipos de un solo uso para los Centros Quirúrgicos

**Renglón 1: EQUIPOS PARTOS/RTU**

- a) La bolsa colectora de fluidos no deberá ser menor a 45/50 micrones y deberá contar con válvula de drenaje
- b) Contará con un alambre flexible en su parte libre para un mejor armado del área de recolección.
- c) Todo en un envolvedor reforzado de 1,20m x 1,40m en el centro con tela SMS reforzado de 45 gr.
- d) El camisolines con mangas ranglan, soldadas por ultrasonido

**Renglón 2: EQUIPO PARA CADERA**

- a) 5 de los camisolines serán de SMS 45 gr reforzado en frente y mangas, en material PM impermeable, soldado ultrasonido. Doblado aséptico por cascada
- b) Los cubre mesa serán un total de 2 por equipo de 140x 150cm bilaminado, film 28 gr y viscosa absorbente 32 gr (PM y viscosa), vendrán dentro del equipo con doblado quirúrgico.
- c) Contará con una alforja SMS de 45 gr para instrumental de 20x40 cm con doble adhesivo
- d) Todos los adhesivos no podrán ser menor a 5 cm.
- e) Se deberá adjuntar 1 pasa tubo con adhesivo que posibilite colocarlo en cualquier parte del campo quirúrgico.
- f) El envolvedor del equipo deberá ser impermeable con un refuerzo de SMS 45 grs de 1,5 x 2 mts

**Renglón 3: EQUIPON UNIVERSAL**

- a) Los camisolines serán 1 de SMS 45 gr reforzado en frente y mangas, en material PM impermeable, soldado ultrasonido. Doblado aséptico por cascada
- b) 3 camisolines serán tricapa barrera viral de 66 grs. por metro cuadrado, confeccionado sin refuerzos, medidas largo del cuerpo 120 cm, 150 cm de ancho del cuerpo, 80cm de largo de manga, sisa 26 cm, largo de puño 8 cm. ancho del cuello 30 cm, cierre con velcro, largo de las tiras de ajuste interna y externa de 60 cm. Con banda de transferencia, doblado aséptico en cascada



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

- c) Un cubre mesa de 140x150 cm bilaminado, film 28 gr y viscosa absorbente 32 gr (PM y viscosa), ira dentro del equipo con doblado quirúrgico.
- d) El envolvedor del equipo deberá ser impermeable más un refuerzo de SMS de 1,5 x 2 mts
- e) Contará con una alforja SMS de 45 gr para instrumental de 20x40 cm con doble adhesivo
- f) Todos los adhesivos no podrán ser menor a 5 cm.
- g) Se deberá adjuntar 1 pasa tubo con adhesivo que posibilite colocarlo en cualquier parte del campo quirúrgico.

Renglón 4: EQUIPO U BAR

- a) Los camisolines serán 1 de SMS 45 gr reforzado en frente y mangas, en material PM impermeable, soldado ultrasonido. Doblado aséptico por cascada
- b) 3 camisolines serán tricapa barrera viral de 66 grs. por metro cuadrado, confeccionado sin refuerzos, medidas largo del cuerpo 120 cm, 150 cm de ancho del cuerpo, 80cm de largo de manga, sisa 26 cm, largo de puño 8 cm. ancho del cuello 30 cm, cierre con velcro, largo de las tiras de ajuste interna y externa de 60 cm. Con banda de transferencia, doblado aséptico en cascada
- c) El cubre mesa de 140x150 cm bilaminado, film 28 gr y viscosa absorbente 32 gr (PM y viscosa), ira dentro del equipo con doblado quirúrgico.
- d) El envolvedor del equipo deberá ser impermeable más un refuerzo de SMS 45 gr de 1,5 x 2 mts.
- e) Contará con una alforja SMS de 45 gr para instrumental de 20x40 cm con doble adhesivo
- f) Todos los adhesivos no podrán ser menor a 5 cm.
- g) Se deberá adjuntar 1 pasa tubo con adhesivo que posibilite colocarlo en cualquier parte del campo quirúrgico

Renglón 5: EQUIPO PARA NEUROCIRUGIA

- a) 5 de los camisolines serán de SMS 45 gr reforzado en frente y mangas, en material PM impermeable, soldado ultrasonido. Doblado aséptico por cascada
- b) Los cubre mesa serán un total de 2 por equipo de 140x150 cm bilaminado, film 28 gr y viscosa absorbente 32 gr (PM y viscosa), vendrá con doblado quirúrgico dentro del equipo.
- c) Contará con una alforja SMS de 45 gr para instrumental de 20x40 cm con doble adhesivo
- d) Todos los adhesivos no podrán ser menor a 5 cm.
- e) Se deberá adjuntar 1 pasa tubo con adhesivo que posibilite colocarlo en cualquier parte del campo quirúrgico.
- f) El envolvedor del equipo deberá ser impermeable más un refuerzo de SMS 45 gr de 1,5 x 2 mts.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

**Renglón 6: CAMISOLINES DE UN SOLO USO**

- a) De SMS de 45 gr, reforzados en el frente y mangas en material PM impermeable, soldado ultrasonido, medidas de 120 de largo de cuerpo, ancho de 150 cm., largo de manga interno 80 cm., sisa 26 cm, largo de puño 8cm, ancho de cuello 30 m, con velcro, largo de ajuste de tira interna y externa de 60 cm, con banda de transferencia, doblado aséptico en cascada
- b) Estéril en doble pouch
- c) Con una toalla tissue



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS  
PARA LA PROVISION DE EQUIPOS / PACKS DE ROPA DE UN SOLO USO  
PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

**1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA**

***La entrega será de acuerdo al cuadro de distribución según anexo de la Orden de Compra.***

- ***La primer entrega será del 50 % de la orden de compra de manera INMEDIATA (Dentro de los 5 (cinco) días hábiles) a partir del perfeccionamiento de la orden de compra.***
- ***La Segunda entrega será a partir de los 3 (tres) meses de la primera entrega el 50 % restante.***

***La duración del contrato será de seis meses.***

**2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE**

- a)** Para los productos médicos (Decreto Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o, Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), los oferentes deberán presentar en el momento de cotizar con la oferta el CERTIFICADO DE HABILITACION, con su correspondiente disposición, acompañado del correspondiente Certificado de Buenas Prácticas, otorgado por la autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente, ANMAT o Ministerio de Salud según corresponda, firmado en original por Director Técnico y Apoderado Legal.
- b)** Se deberá presentar el Registro del Producto médico o su Certificado, firmado por Director Técnico y Apoderado Legal.
- c)** Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico, extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal.
- d)** Declaración Jurada debidamente firmada por el Director Técnico y Apoderado Legal, haciéndose responsable de que todos los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o, Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud)
- e)** El caso del que el oferente sea un comerciante mayorista o minorista de productos médicos, Droguería o Farmacia, deberá presentar además de su habilitación emitida por la autoridad sanitaria nacional, la habilitación del fabricante



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

o importador del producto que ofrece. En cualquiera de los casos deberá presentar declaraciones juradas.

**f)** El oferente deberá presentar junto con su oferta, Certificado de Autorización de Venta de Productos Médicos extendido por ANMAT.

### **3. ROTULADO y EMPAQUE**

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas del (Decreto Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o, Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud). Las unidades se entregaran acondicionadas en cajas de no más de 4 unidades. Las mismas deberán estar claramente identificadas mediante (CON LETRA GRANDE) rotulo perfectamente adherido que indicara como mínimo lo siguiente:

- 1) Denominación del producto
- 2) Contenido unitario
- 3) Nro. de orden de Compra y año.
- 4) Nro. de lote, serie o partida.
- 5) Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor
- 6) Fecha de expiración
- 7) Dirección del fabricante o importador.
- 8) Nombre del Director Técnico.

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. Indicando condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger de la luz, no exponer a la intemperie, etc.), pudiendo indicarse gráficamente.

### **4. CONDICIONES ESPECIFICAS:**

Los equipos deberán tener en los campos adhesivo hipoalergénico de no menos de 3 cm. De ancho, tipo 3M. y contener en los campos podálicos y si correspondiera también en los cefálicos los soportes para tabuladoras.

### **5. MARCA**

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

**6. ALTERNATIVA**

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.

**7. MUESTRAS**

A los efectos de apreciar calidad, los oferentes deberán presentar para todos los Renglones una (1) unidad de muestra original (M) **ESTERIL**, indicando N° de lote con su respectiva hoja de análisis firmado por Director Técnico Farmacéutico. La repartición se reserva el derecho de solicitar más muestras para calidad o pruebas de uso para aquellos renglones en los cuales la descripción y/o la mención de la marca no pueden definir sus características.

Se debe adjuntar a la oferta económica, el respectivo remito de recepción de la muestra, requisito que de omitirse no configurará el descarte de la propuesta, siempre y cuando la recepción de las mismas se encuentre debidamente acreditada en la planilla del sector interviniente.

Las muestras se entregarán en la división depósito de esta repartición (en el horario de 8 a 12 horas de lunes a viernes) debiendo indicar: nombre del proveedor, número y modalidad de convocatoria, fecha y hora de apertura y número de renglón.

**LA NO PRESENTACIÓN DE MUESTRA IMPLICARÁ EL DESCARTE DE LA PROPUESTA.**

**8. MEDIDAS**

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su oferta que medidas ofrece, las tolerancias generales serán de más o menos un 5 %, salvo detalle específico de tolerancia del insumo a adquirir.

**9. VENCIMIENTO**

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de entrega, salvo aclaración del proveedor por temas relacionados a la importación del producto o a su fabricación.

**10. CANJE Y VENCIMIENTO**



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

- a) Los packs deberán conservar su esterilidad como mínimo 12 meses a partir de la adjudicación.
- b) El organismo solicitante podrá evaluar con el proveedor el recambio de packs por su deterioro.

**11. FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE**

Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede:

I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.

II) En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir conformidad del co contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del co contratante.

III) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en, menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

**LA NO PRESENTACION DE LO SOLICITADO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACION. EL COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE E INCLUSO LA ADICIONAL QUE CONSIDERE NECESARIA.**

**GRILLA DE SOLICITUD**

<u>RNG</u>	<u>NRO CATALOGO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
			<b><u>EQUIPO DE ROPA PARA PARTOS/RTU</u></b>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

1	33.15.004.0007.2	100	<p>Equipo de tela no tejida SMS uso médico. Estéril. TELA: Tipo: SMS de uso médico de 47 g/m2 (+/-5%) Características: Barrera 1 <b>Camisolín con una toalla de papel tissue</b>, confeccionado de la siguiente forma:" Delantero y mangas dobles con el refuerzo interno total de spundbond 40/50 g/m2, de una sola pieza. Espalda: Retro espaldero obligatorio. Con 4 pares de tiras para cruce adecuado con técnica aséptica, 2 pares para cruce del cuello y los otros 2 pares a 44 cm del borde del escote, para el cruce de la cintura. Lisa. Cuello: escote redondo, fileteado con la misma tela. Ubicación de tirillas: Ajuste de cuello: Dos pares de tiras para cruce no menor de 10 cm. Medida de tiras: 20 cm de largo aproximadamente cada una, ancho de 1,5 cm. Sobre el lado derecho, una en el borde y la otra a 10 cm cara interna y sobre el lado izquierdo, una en el borde y la otra a 10 cm cara externa. Medida de tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) cada una. Ancho: 3 cm (+/- 10%). Manga larga, puño doble de algodón 100% (RIBB), elastizado, de 10 cm de largo. Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 150 cm y largo de manga: 75 cm, sisa profundidad mínima de 28 cm. Llevará una tarjeta de transferencia de las cintas para ajuste del camisolín. Las uniones costura overlock. <b>2 pierneras, 1 campo de 0,90 x 1,20 m con bolsa colectora de fluidos, 1 campo de 0,80 x 1,50 m</b> con cinta autoadhesiva tipo 3M no menor a 3 cm de ancho, <b>Todo envuelto en un envolvedor reforzado en el centro de 1,20 m x 1,40 m de tela no tejida de SMS de uso médico de 47 g/m2 (+/-5%)</b> Terminación y presentación: 1) cuidadosa revisión, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces. 2) doblado quirúrgico, correctamente acondicionado en doble envoltorio de pouch), herméticamente cerrado, control interno del proceso de esterilización y rotulado descriptivo indicando número de lote, empresa, método de esterilización, profesional responsable, fecha de esterilización y de vencimiento, según normas vigentes y método de esterilización utilizado.</p>
			<p><b><u>EQUIPO DE UN SOLO USO PARA CIRUGIA CADERA</u></b> TELA: Tipo: SMS uso médico 45-47 g/m2 Barrera 5 <b>Camisolines, 5 toalla papel tissue</b>: Delantero y mangas dobles refuerzo interno total spundbond 40/50 g/m2, 1 sola pieza. Espalda: Lisa. Retro espaldero obligatorio. 4 pares tiras, 2 p/Cruce cuello, otros a 44 cm borde escote, p/cruce cintura. Cuello: escote</p>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

2	33.15.004.0007.7	50	<p>redondo, fileteado misma tela. Ubicación Cuello: 2 pares p/cruce no menor 10 cm. Medida 20 cm largo aprox. c/u, ancho 1,5 cm. Sobre lado der, 1 en borde, otra a 10 cm cara interna, sobrelado izquierdo, 1 borde, otra a 10 cm cara ext. Cintura: 2 pares a 44 cm borde escote, 1 sobre borde espaldero der, otra en costura la cara interna, otro par, 1 en borde espaldero izquierdo, otra en delantero, a 10 cm costura lat izq. Medida tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) c/u una. Ancho: 3 cm (+/- 10%). Manga larga, puño doble algodón 100% (RIBB), elastizado, 10 cm largo. Medidas mínimas: largo total 150 cm, ancho: 175 cm, largo manga: 75 cm, sisa prof mín 28 cm. Tarjeta transferencia cintas p/ajuste camisolín, uniones costura overlock. <b>1 cubre mesa reforzado 1,40 x 2,00 m</b>, polietileno <b>60 micrones</b>, <b>refuerzo central 1,00 x 1,60 m</b>, <b>tela no tejida absorbente (Termobonding) de 50 g/m2</b>, <b>1 Bolsa porta accesorios autoadhesiva</b>, <b>1 Sábana en U impermeable de 1,40 x 1,75 m</b>, <b>1 Sábana en U de 2,00 x 3,00 m</b>, Con refuerzo Absorbente/impermeable, adhesivo de incisión y soportes para tubos. 1 Sábana de 1,50 x 2, 50 m 4 Compresas de 0,50 m x 0,65 m con adhesivo hipoalérgico en uno de sus lados Todo envuelto en un cubre mesa auxiliar de polietileno de 60 micrones de 1,90 x 1,40 m con refuerzo de tela no tejida de 1,00 x 0,90 m Terminación, presentación: 1) Sin excedente hilos, costuras rotas, zafadas, frunces, dobleces. 2) Con doblado quirúrgico, doble envoltorio de pouch herméticamente cerrado, control int esterilización, rotulado N° lote, empresa, método de esterilización, fecha de vencimiento esterilización, profesional.</p>
3	33.15.004.0007.14	700	<p><b><u>EQUIPO UNIVERSAL DE UN SOLO USO</u></b> <b>ESPECIFICACIONES DE LA TELA:</b> Confeccionados con SMS GRADO MEDICO TRATADO, material de polipropileno de tres capas con las siguientes características: Resistente a la penetración de fluidos. Resistente a una presión de 650 mm en la prueba de resistencia hidrostática. Resistente a la penetración de partículas secas. Eficacia de Filtrado bacteriano rango 93. Resistente a la penetración de alcoholes y/o sustancias de base alcohólicas. Bajo índice de inflamabilidad.</p>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

			<p>Respirable. Confortable. Peso por metro cuadrado 50 gr. Compuesto por: 5 toallas absorbentes, 5 camisolines Barrera (Espalda: Lisa. Con retro espaldero. 4 pares tiras, 2 pares p/cruce cuello, otros a 44 cm borde escote, p/cruce cintura. Cuello: escote redondo, fileteado igual tela. Ubicación tirillas: Ajuste cuello: 2 pares e tiras p/cruce no menor 10 cm. Medida tiras: 20 cm largo c/u, ancho 1,5 cm. Sobre lado der, 1 en borde. otra a 10 cm cara int, sobre izq, 1 en borde, otra a 10 cm cara ext. Ajuste cintura: 2 pares tiras a 44 cm borde escote, 1 sobre borde espaldero der, otra en costura lateral cara int, otro par, 1 en borde espaldero izq, otra en delantero, a 10 cm costura lateral izq. Medida tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) c/u. Ancho: 3 cm (+/- 10%). Manga larga , soldada por ultrasonido, puño doble algodón 100% (RIBB), elastizado, 10 cm largo. Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 150 cm, largo manga: 75 cm, sisa profundidad mínima de 28 cm. Tarjeta transferencia de cintas p/ajuste); 2 campos quirúrgicos de 100x90 cm, 1 cobertor mesa quirúrgica 112x229cm 1 campo quirúrgico cefálico 241x150cm 1 campo quirúrgico podálico 180x175cm 1 cobertor mesa quirúrgica reforzado 112x229cm Terminación: Presentación con doblado quirúrgico, doble envoltorio, ext. Pouch, herméticamente cerrado, control interno de esterilización, rotulado, N° de lote, Empresa; método, fecha y vencimiento de esterilización; profesional responsable Las cintas de posicionamiento deberán ser hipoalergénicas (tipo 3m)</p>
4	33.15.004.0007.16	1000	<p><b><u>EQUIPO DE UN SOLO USO U BAR</u></b> ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Confeccionados con SMS GRADO MEDICO TRATADO, material de polipropileno de tres capas con las siguientes características: Resistente a la penetración de fluidos Resistente a una presión de 650 mm en la prueba de resistencia hidrostática. _Resistente a la penetración de partículas secas Eficacia de Filtrado bacteriano rango 93 _Resistente a la penetración de alcoholes y/o sustancias de base alcohólicas_Bajo índice de inflamabilidad Respirable. Confortable. Peso por metro cuadrado 50 gr._Compuesto por:_5 toallas absorbentes,5 camisolines Barrera ( Espalda:</p>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

			<p>Lisa. Con retro espaldero. 4 pares tiras, 2 pares p/cruce cuello, otros a 44 cm borde escote, p/cruce cintura. Cuello: escote redondo, fileteado igual tela. Ubicación tirillas: Ajuste cuello: 2 pares e tiras p/cruce no menor 10 cm. Medida tiras: 20 cm largo c/u, ancho 1,5 cm. Sobre lado der, 1 en borde. otra a 10 cm cara int, sobre izq, 1 en borde, otra a 10 cm cara ext. Ajuste cintura: 2 pares tiras a 44 cm borde escote, 1 sobre borde espaldero der, otra en costura lateral cara int, otro par, 1 en borde espaldero izq, otra en delantero, a 10 cm costura lateral izq. Medida tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) c/u. Ancho: 3 cm (+/- 10%). Manga larga , soldada por ultrasonido, puño doble algodón 100% (RIBB), elastizado, 10 cm largo. Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 150 cm, largo manga: 75 cm, sisa profundidad mínima de 28 cm. Tarjeta transferencia de cintas p/ajuste); 1 Campo quirúrgico en U 193 x 305 cm_1 Campo quirúrgico Bar 244 x 112 cm1 cobertor mesa quirúrgica 112x229cm Terminación: Presentación con doblado quirúrgico, doble envoltorio, ext. Pouch, herméticamente cerrado, control interno de esterilización, rotulado, N° de lote, Empresa; método, fecha y vencimiento de esterilización; profesional responsable__Las cintas de posicionamiento deberán ser hipoalergénicas (tipo 3m)_El pouch deberá ser de 50 micrones o mas.</p>
5	33.15.004.0007.15	30	<p><u>EQUIPO DE UN SOLO USO PARA NEURO</u> <u>ESPECIFICACIONES DE LA TELA:</u> Confeccionados con SMS GRADO MEDICO TRATADO, material de polipropileno de tres capas con las siguientes características: Resistente a la penetración de flúidos Resistente a una presión de 650 mm en la prueba de resistencia hidrostática. Resistente a la penetración de partículas secas Eficacia de Filtrado bacteriano rango 93 Resistente a la penetración de alcoholes y/o sustancias de base alcohólicas Bajo índice de inflamabilidad Respirable. Confortable. Peso por metro cuadrado 50 gr. Compuesto por: 5 toallas absorbentes,5 camisolines Barrera ( Espalda: Lisa. Con retro espaldero. 4 pares tiras, 2 pares p/cruce cuello, otros a 44 cm borde escote, p/cruce cintura. Cuello: escote redondo,</p>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

			<p>fileteado igual tela. Ubicación tirillas: Ajuste cuello: 2 pares e tiras p/cruce no menor 10 cm. Medida tiras: 20 cm largo c/u, ancho 1,5 cm. Sobre lado der, 1 en borde. otra a 10 cm cara int, sobre izq, 1 en borde, otra a 10 cm cara ext. Ajuste cintura: 2 pares tiras a 44 cm borde escote, 1 sobre borde espaldero der, otra en costura lateral cara int, otro par, 1 en borde espaldero izq, otra en delantero, a 10 cm costura lateral izq. Medida tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) c/u. Ancho: 3 cm (+/- 10%). Manga larga , soldada por ultrasonido, puño doble algodón 100% (RIBB), elastizado, 10 cm largo. Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 150 cm, largo manga: 75 cm, sisa profundidad mínima de 28 cm. Tarjeta transferencia de cintas p/ajuste); 1 campo quirúrgico de 254x315x183 cm, con una fenestración EENT de 15cm x 8cm 1 cobertor mesa quirúrgica 112x229cm Terminación: Presentación con doblado quirúrgico, doble envoltorio, ext. Pouch, herméticamente cerrado, control interno de esterilización, rotulado, N° de lote, Empresa; método, fecha y vencimiento de esterilización; profesional responsable Las cintas de posicionamiento deberán ser hipoalergénicas (tipo 3m) El pouch deberá ser de 50 micrones o mas.</p>
6	33.15.004.0001.3	500	<p><b>CAMISOLIN DE UN SOLO USO</b> Equipo de tela no tejida SMMMS uso médico. <b>ESTERIL ESPECIFICACIONES DE LA TELA:</b> Confeccionado en tela no tejida SMS de 45 g/m2 con refuerzo impermeable de 30 g confeccionado en una sola pieza, largo total del camisolín 130 cm y 150 cm de contorno, cruzado en la espalda, con mangas ranglan, soldado por ultrasonido. Puños de 10 cm de largo de malla ribb unido a la manga con costura overlock. Debe presentar 4 cintos para ajuste de cintura no menor a 70 cm de largo conteniendo banda de transferencia. Cuello: ribeteado con cinta y velcro para ajuste. <b>TERMINACION:</b> Presentación con doblado quirúrgico tipo cascada para asegurar su colocación aséptica. Doble envoltorio, externo pouch, herméticamente cerrado, control interno de esterilización, rotulado, N° de lote, Empresa; método, fecha y vencimiento de esterilización;</p>



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO**

			profesional responsable. Las cintas de posicionamiento deberán ser hipoalergénicas. El pouch deberá ser de 50 µm o más
--	--	--	--