


LICITACION INMUNOENSAYOS AÑO 2024

Especificaciones técnicas autoanализador inmunoanálisis

Autoanализador para inmunoensayos heterogéneos basado en tecnología ECLIA (Electroquimioluminiscencia), con módulo analítico de sobremesa y PC táctil completa con impresora, con UPS con la potencia necesaria para alimentar al equipo y a la PC y todos los consumibles necesarios.

Debe poseer:

- Sistema de carga continua, acceso aleatorio y con puerto STAT prioritario y dedicado
- Identificación de las muestras y los reactivos a través de código de barras
- Puntas y cubetas desechables para eliminar el riesgo de contaminación por arrastre. Dispositivos de seguridad que aseguren la integridad de la muestra y de los resultados: detector de coágulos y sensor de nivel de líquidos en sus pipetas.
- Reactivos en packs líquidos y listos para uso con apertura/cierre automático para proveer una estabilidad de a bordo más duradera. El rotor de reactivos debe mantener la temperatura controlada de 20°C, permitiendo que los mismos puedan permanecer entre 4 y 8 semanas en el sistema a disposición del usuario.
- Pantalla táctil de revisión de datos para permitir la rápida trazabilidad de resultados y evaluación de los controles de calidad


Dra. Mónica Natalia
Jefe División R. SAREBA
Htial. M.N. 6022



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Buenos Aires,

Referencia: LICITACION PUBLICA N° 1149/HMIRS/24 - EXP. N° 25.796.528/GCABA/HMIRS/24 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO HORMONAS - PLIEGOCONDICPARTYTECNICASLPU1149

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.