



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### **CLÁUSULAS PARTICULARES**

- 1) Objeto: el objeto de la presente licitación consiste en la adquisición de guías para bombas de infusión.
- 2) El oferente deberá indicar en su presupuesto el nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados.
- 3) **La empresa deberá proveer de manera INMEDIATA la entrega en concepto de préstamo gratuito ciento (100) bombas de infusión para soluciones parenterales nuevas o reacondicionadas a nuevo, con una antigüedad no mayor a 2 años, de las características descriptas en las condiciones técnicas de las Bombas de Infusión adjuntas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**
- 4) **Al inicio de la contratación el oferente deberá proveer cincuenta (50) soportes para bomba (con base rodante de 4 o 5 ramas de alta resistencia y alto impacto. Caño y estructura de acero inoxidable variable en altura y con 4 ganchos de acero inoxidable.**
- 5) **Duración del préstamo sin cargo: los equipos entregados en carácter de préstamo sin cargo, deberán quedar en poder del hospital por 6 meses o hasta el consumo total de los insumos.**
- 6) Vencimiento: la fecha de vencimiento del material deberá ser no inferior a los dieciocho (18) meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados por el hospital antes de la fecha de su vencimiento se notificará con tres (3) meses de anticipación a la firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos por productos con un vencimiento no inferior a los dieciocho (18) meses. El hospital se reserva el derecho de considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- 7) Servicio técnico: el adjudicatario deberá ofrecer un servicio técnico completo y total sin cargo o costo alguno para el hospital. Las reparaciones se deberán realizar en 24 hs., como máximo, en caso contrario el equipo con desperfectos deberá ser reemplazado por otro de las mismas características y condiciones.
- 8) Asesoramiento y entrenamiento del personal: abarcará a todos los sectores del hospital y serán efectuados por personal calificado de la firma adjudicataria y a su exclusivo cargo.
- 9) **Presentación de Muestras y demostraciones: Los oferentes deberán presentar muestra de los Insumos cotizados y a pedido de la comisión**



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**asesora deberán realizar demostración del equipamiento a entregar. En la división Farmacia de lunes a viernes de 8 a 12 hs.**

- 10) Los oferentes deberán presentar con la oferta y en forma indefectible una declaración donde conste que los productos ofrecidos se ajustan a las resoluciones vigentes dispuestas por la ANMAT, Ministerio de Salud de la Nación, firmada por el representante legal o apoderado y por el director técnico de la empresa cotizante. Asimismo, deberán presentar junto con la oferta copia autenticada del certificado de “Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos”. La no presentación de la mencionada documentación será motivo de descarte.
- 11) Se deberán adjuntar: fotocopias de la inscripción y habilitación de la empresa para la venta de los artículos que cotiza y fotocopia de la disposición de la designación del director técnico, ambos en vigencia, expedido por la autoridad sanitaria nacional y/o provincial, según corresponda al domicilio de la empresa. En el último caso deberá presentar también fotocopia de inscripción en el Ministerio de Salud de la Nación. Las mismas deberán estar firmadas por el apoderado legal y el director técnico de la empresa.
- 12) El oferente deberá presentar una nota en la cual se compromete a hacerse cargo sin costo adicional mientras dure el préstamo sin cargo de un seguro que cubra riesgos de robo, hurto, incendio, responsabilidad civil derivado del uso y tenencia de las bombas de infusión.
- 13) Documentación requerida para las entregas: remito original y tres (3) copias en los que se indicará el número del renglón, el nombre genérico, nombre comercial, número de lote y/o partida y las fechas de vencimiento de cada uno de los artículos entregados.
- 14) Forma, lugar y plazo de entrega: las entregas deben ser coordinadas de la siguiente manera:

Las bombas solicitadas en comodato deberán ser entregadas en el Departamento de Enfermería para su posterior distribución a cada Jefe médico de sección.

Las Guías en el Servicio de Farmacia del hospital de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Dentro de los siete (7) días posteriores a la comunicación fehaciente del pedido de cantidades parciales y/o totales de los renglones contenidos en la respectiva Orden de Compra.
- 15) El transporte, la carga, la descarga y la estiba de la mercadería serán efectuados por la empresa adjudicataria y estarán a su exclusivo cargo y se realizará de Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.



## **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

Plazo de entrega: 6 meses a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

- 16) La adjudicación se otorgará a una única oferta global constituida por la totalidad de los equipos descartables y por las bombas de infusión que resultaren más convenientes para el hospital.

### **Condiciones técnicas y características** **de las Bombas de Infusión**

Las mismas deberán ajustarse en todos los casos a la siguiente descripción básica como mínimo.

- A. Tipo de Bomba: volumétrica y dosimétrica, de infusión continua microprocesada, con posibilidad de infusión primaria, con sensores de presión, flujo y presencia de aire internos.
- B. Rango de caudal: 0.1 ml/h a 999 ml/h.
- C. Versatilidad: debe permitir la administración de todo tipo de soluciones intravenosas, inclusive sangre y alimentación parenteral para adultos, niños, neonatos y prematuros, incluso para sustancias fotosensibles.
- D. Precisión: deben realizar monitoreo continuo de flujo programado y del volumen suministrado, el que será independiente de la altura del contenedor del medicamento.
- E. Seguridad: no deben permitir la administración de aire. Deberán imposibilitar el flujo libre de la solución parenteral. Deberán poseer alarmas de oclusión del sistema, flujo distinto al programado, contenedor vacío, bajo nivel de batería.
- F. Energía: deben poder funcionar indistintamente con energía de red o batería (con un mínimo de 4 horas de autonomía).
- G. Programación y operación: deben ser de sencilla programación y operación y debe entregarse un manual de uso en español para cada equipo.
- H. Guías de administración (tubuladuras): deberán contar con guías aptas para suministrar todo tipo de soluciones independientemente de su composición, viscosidad, ph, altura de los contenedores. Para la infusión de medicamentos fotosensibles, deberá proveerse las guías en la cantidad que el hospital considere necesario (8-10% del total, aproximadamente).