



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA  
HOSPITAL DE QUEMADOS**

**CLAUSULAS PARTICULARES**

- 1.- ACTUACIÓN EXPEDIENTE NRO.: 2025-30197070-GCABA-HQ
- 2.- SOLICITUD DE GASTO NRO: 428-4768-SG25
- 3.- REPARTICIÓN SOLICITANTE: HOSPITAL ARTURO UMBERTO ILLIA -
- 4.- CONTRATACIÓN MENOR: 428-2287-CME25
- 5.-AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO: SEGÚN ARTÍCULO 111 Ley 2095
- 6.- RUBRO: VALIDACION DE CABINA BACTERIOLOGIA.
- 7.- FECHA Y HORA DE APERTURA: 20-08-2025 a las 10:00 horas.
- 8- LUGAR DE APERTURA: [www.buenosairescompras.gob.ar](http://www.buenosairescompras.gob.ar)
- 9.-PLAZO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas, renovable por otro período similar.
- 10.- COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN: Total por renglón
- 11.-MONEDA COTIZACIÓN: Pesos
- 12.-TIPO OFERTA: Única
- 13-VALOR DEL PLIEGO: Gratuito.
- 14.-GARANTÍA IMPUGNACIÓN PLIEGO 3%
- 15.- PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO.
- 16 - PUBLICACIÓN EN INTRANET Y BOLETÍN OFICIAL  
<http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice.>
- 17.-DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 días corridos
- 18- LUGAR DE ENTREGA Y ENTREGA DE MUESTRAS: DEPENDENCIA HOSPITAL DE QUEMADOS  
SECTOR: Servicio de Laboratorio. Horario lunes a viernes de 9 a 13 Hs.
- 19-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Según Art 93,94 ,95 de Ley 2095(texto consolidado según ley N°6588) y Art. 118 Decreto Reglamentario N° 129/23 Soporte Físico Garantía de Mantenimiento de oferta presentar en Av Pedro Goyena 369 CABA Sector Tesorería
- 20-GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO según Art. 107 Ley 2095 (texto consolidado según ley N°6588) y Art. 119 Decreto Reglamentario N°129/23 Entregar en Pedro Goyena 369 CABA Sector Tesorería

## 21-DETALLE DEL ÍTEM



### Rubros: Salud

Núm Renglón	Código Ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad
1	33.14.002.0009.7	SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA PARA SEGURIDAD BIOLOGICA . Modelo: Marca FILTRAR, modelo 1/AC/1F, incluye verificación de integridad y estanqueidad de filtros Hepa, control de velocidad de aire y fugas del flujo laminar, generación y recuento de partículas del filtro		1,00 UNIDADES de 1 Unidad

## 22-DETALLE DE ENTREGA

### Renglón 1

Cantidad	Lugar de Entrega	Teléfono	Plazo de Entrega
1	AVDA.PEDRO GOYENA 369	4909-4732	Dentro de los: 30 Días corridos, a partir de Perfeccionamiento del documento contractual.

Acondicionamiento Materiales necesarios para el proceso solicitado



## ANEXO

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACION DE CABINA DE BIOSEGURIDAD DE SECCION BACTERIOLOGIA

El presente Anexo corresponde al Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Calificación y posterior Servicio de VALIDACION y CERTIFICACION de: CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Marca PETTLAB Modelo 11231 BBC 86 Serie Nº BSC31A20081443, cabina propiedad del Hospital Dr Umberto Illia (Quemados) GCBA

El presente es un Servicio de certificación por personal acreditado de NSF de 1 Cabina de seguridad Biológica Clase II

La empresa oferente deberá concurrir a la Unidad Laboratorio para corroborar el tipo y marca de la Cabina y acompañará una nota en la cual aclara conocer funcionamiento de CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Marca PETTLAB Modelo 11231 BBC 86 Serie Nº BSC31A20081443 y se compromete a realizar conjuntamente mantenimiento, validación y certificación de la misma, realizando los cambios de los componentes que lo requieran, los cuales deberán haberse incluidos en la oferta presentada (accesorios estándares: lámpara LED, lámpara UV x 2, control remoto, enchufes x2, etc).

La jefatura de la Unidad Laboratorio se compromete a firmar la constancia de esta visita que será requisito para acompañar a la oferta

El mantenimiento y la Validación y certificación que se harán en forma conjunta, incluirán:

- ✓ Chequeo y verificación de las condiciones de instalación.
- ✓ Seteo a 0 de parámetros de funcionamiento actuales
- ✓ Reconfiguración de parámetros de funcionamiento según fabrica
- ✓ Control de funcionamiento de FORZADORES DE AIRE
- ✓ Ajustes de sistemas Mecánicos
- ✓ Ajustes de sistemas Eléctricos
- ✓ Ajustes de sistemas Electrónicos
- ✓ Verificación de integridad y fugas de filtro H.E.P.A.
- ✓ Medición de velocidad del flujo del aire.
- ✓ Medición de nivel de iluminación.
- ✓ Medición de nivel de ruido.
- ✓ Conteo de partículas de 0,5 y 5 um en reposo
- ✓ Velocidad de Down Flow
- ✓ Prueba de Humo

Todas las pruebas de certificación estarán basadas en el test report del fabricante, listado exigido por normativa NSF 49 y en 12460, por personal certificado por el NSF con certificación actualizada a la fecha de la realización del servicio

Ora. MARIA ALEJANDRA GUZMAN  
Bioquímica M.N. 3616  
Jefe Unidad Laboratorio  
Hospital de Quemados  
GCBA

Seguirán las pruebas según clasificación norma ISO 14644-1:2015.

Se entregará el Certificado de Validación y el informe correspondiente (en formato digital) del servicio realizado donde constará:

- ✓ Identificación del equipo
- ✓ Procedimientos de los trabajos
- ✓ Resultados de todas las mediciones
- ✓ Certificados de calibración del instrumental utilizado

Características de la CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Marca PETTLAB Modelo 11231 BBC 86 Serie Nº BSC31A20081443, cabina propiedad del Hospital Dr Umberto Illia (Quemados) GCBA:

1. Sistema de flujo de aire: mínimo 70% de recirculación de aire, mínimo 30% de extracción de aire.
2. Área de trabajo rodeada de presión negativa.
3. Función de ahorro de tiempo en la esterilización del área de trabajo una vez encendida y antes de apagar la misma
4. Visor de registro de los datos de velocidad de entrada y salida del aire, temperatura y humedad del área de trabajo, presión, tiempo de trabajo y vida útil del filtro, tiempo de trabajo UV.
5. Alarmas sonoras de flujo de aire, alarma de reemplazo de filtro y alarma de altura de la ventana delantera.
6. Control remoto para todas las funciones: cada función puede realizarse a mínimo 3 metros de distancia del gabinete para proteger al operador en caso de emergencia.
7. Condiciones del ambiente de trabajo: Temperatura entre 5° C y 35° C; Humedad: menor o igual a 75%; Presión: 70 KPa-105 KPa.
8. Garantía del equipo de dos años desde el momento de instalación.

ra. MARIA ALEJANDRA GUZMAN  
Bioquímica - M.N. 3016  
Jefe Unidad Laboratorio  
Hospital de Quemados  
GCBA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Pliego**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Pliego Particular Contratación Menor 428-2287-CME25

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.